Qufora® IrriSedo Klick

Kurzanleitung

Die Anwendung des Reglers

Das System funktioniert durch das schrittweise Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn.



In **Position 1** wird das System vorbereitet, indem die Schläuche, die Handpumpe und der Katheter mit Wasser gefüllt werden, so dass das gesamte System entlüftet wird.



In **Position 2** wird der Ballon, wenn er sich im Rektum befindet, mit Wasser befüllt. Dies sorgt für eine Abdichtung im Rektum, und der Katheter bleibt in Position, ohne dass man ihn weiter festhalten muss.



Position 3 ist für die Irrigation vorgesehen, bei der die empfohlene Wassermenge in das Rektum eingebracht wird.



In **Position 4** wird die Irrigation beendet, indem der Ballon entleert und das Wasser in die Toilette abgelassen wird.

Pausieren

Auf den mit einem Punkt markierten Positionen wird der Wasserfluss gestoppt. Dies erlaubt Ihnen zu pausieren, um in Ihrem eigenen Tempo vorzugehen.

!

Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Irrigation beginnen. Sprechen Sie Ihren Arzt oder das einweisende medizinische Fachpersonal an, wenn Sie weitere Fragen haben.

Ihr Herstellervertreter in Österreich
GEORG EGGER
PRODUKTMANAGEMENT
Georg Egger & Co GmbH
Kapellenstraße 105
A-8053 Graz

Tel: +43 (0) 316 71 51 68
Fax: +43 (0) 316 71 51 68 66
www.georgegger.at/qufora

Qufora®

Qufora® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Qufora A/S. ©02/2025.
Alle Rechte vorbehalten, Qufora A/S, 3450 Allerød, Dänemark.

XXXXX-01_170225

So verwenden Sie Qufora IrriSedo Klick

1



Vergewissern Sie sich, dass das Ventil am Wasserbehälter geschlossen ist. Füllen Sie den Wasserbehälter mit körperwarmem Leitungswasser (36-38° C).

Planen Sie ca. 300 ml zusätzliches Wasser für die Vorbereitung des Systems ein.

2



Verbinden Sie den Wasserbehälter mit der Handpumpe.

Verbinden Sie den Klick-Schlauch mit dem Regler.

3



Platzieren Sie den Wasserbehälter zwischen Boden und Schulterhöhe.

4



Schließen Sie das andere Ende des Klick-Schlauches an den Katheter an.

5



Vorbereiten

Halten Sie die Handpumpe mit dem Regler aufrecht und öffnen Sie das Ventil am Schlauch des Wasserbehälters.

Pumpen Sie einige Male bis die Handpumpe komplett mit Wasser gefüllt ist, sich keine Luft darin befindet und Wasser aus dem Katheter herausläuft.

6

Halten Sie den Katheter einige Sekunden lang unter den Wasserhahn oder tauchen Sie diesen vollständig in Wasser, um die hydrophile Beschichtung zu aktivieren.

7



Setzen Sie sich auf oder über die Toilette. Falls gewünscht, befestigen Sie den Regler mit dem Klettband an ihrem Oberschenkel oder am Rollstuhl.



Führen Sie den Katheter vorsichtig in das Rektum ein.

8



Blocken

Drücken Sie die Handpumpe 2-3 mal (maximal 5 komplette Pumpstöße), bis der Katheter von alleine im Darm verbleibt oder entsprechend der Empfehlung des medizinischen Fachpersonals.

9



Irrigieren

Wenn der Wasserbehälter aufgehangen wird: Pumpen Sie das Wasser in den Darm oder lassen Sie das Wasser durch die Schwerkraft in den Darm fließen.

Wenn der Wasserbehälter auf dem Boden platziert wird: Pumpen Sie das Wasser mit der Handpumpe in das Rektum.

10



Entblocken

Der Ballon entleert sich nun und der Katheter kann vorsichtig entfernt werden. Der Darminhalt entleert sich in die Toilette.

Schließen Sie das Ventil am Schlauch des Wasserbehälters.

11



Legen Sie den gebrauchten Katheter in den Katheterbeutel und trennen Sie den Katheter vom Klick-Schlauch, indem Sie den violettfarbenen Knopf drücken.

Entsorgen Sie den Katheterbeutel im Haushaltsabfall.

Befolgen Sie die Ratschläge des medizinischen Fachpersonals bezüglich der zu verwendenden Wassermenge.

Wenn Sie das System vorbereitet haben, können Sie es auf “Pause” stellen, indem Sie den Regler auf die Position zwischen 1 und 2 drehen. Auf diesen, mit einem Punkt markierten Positionen, wird der Wasserfluss gestoppt.

Der Katheter ist für den Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden.

Reinigung und Aufbewahrung
Entleeren Sie das Wasser aus dem System, reinigen Sie die Außenseite des Systems mit milder Seife und Wasser, spülen Sie es ab und hängen Sie dieses zum Trocknen auf - dann lagern Sie es bereit für die nächste Irrigation.

Lesen Sie die beigefügte Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Qufora IrriSedo Klick verwenden.